
CERTEST

Rota+Adeno +

Astro+Noro

ONE STEP *Rotavirus, Adenovirus,*
Astrovirus and Norovirus
COMBO CARD TEST

CERTEST BIOTEC S.L.



For Information Only
On Purposes





CERTEST Rota+Adeno+Astro+Noro

One Step test to detect Rotavirus, Adenovirus, Astrovirus and Norovirus combo card format/
Prueba combo de un solo paso para detección de Rotavirus, Adenovirus, Astrovirus y Norovirus en formato cassette

ENGLISH

INTENDED USE

CerTest Rota+Adeno+Astro+Noro one step combo card test is a coloured chromatographic immunoassay for the simultaneous qualitative detection of *Rotavirus*, *Adenovirus*, *Astrovirus* and *Norovirus* in stools samples.

CerTest Rota+Adeno+Astro+Noro combo card test offers a simple and highly sensitive screening assay to make a presumptive diagnosis of *Rotavirus*, *Adenovirus*, *Astrovirus* and/or *Norovirus* infection.

INTRODUCTION

Rotavirus, *Adenovirus* and *Astrovirus* are most common and major causes of severe gastroenteritis in infants and young children. Pattern also observed in adults. They are transmitted by faecal-oral contact. The main symptoms of viral gastroenteritis are watery diarrhoea and vomiting. The affected person may also have headache, fever and abdominal cramps ("stomach ache"). In general, the symptoms begin 1 to 2 days following infection with a virus that causes gastroenteritis and may last for 1 to 10 days, depending on which virus causes the illness (*Rotavirus* 3 days, *Adenovirus* 5-8 days and *Astrovirus* 3 days).

Noroviruses are the leading cause of epidemic gastroenteritis, including foodborne outbreaks, in the United States. *Noroviruses* belong to the family Caliciviridae and can be grouped into five genogroups (GI through GV), which are further divided into at least 34 genotypes. Genotypes GI, GII and GIV infect humans, causing gastroenteritis, whereas GIII and GV typically infect animals.

The symptoms of *Norovirus* related diseases are those typical of gastroenteritis, that is, vomiting, watery diarrhea and abdominal cramps. Vomiting is a characteristic symptom in the majority of *Norovirus* infections (64% of adults and 81% of children). Other symptoms such as general malaise, low grade fever, nausea and fatigue are also present in over 90% of cases. The incubation period of the disease is generally between 12 and 48 hours, while infection lasts between 12 and 60 hours. Infection may also be asymptomatic, and thus contribute to the spread of the virus in the community. As a rule, the disease does not have serious consequences, and most patients recover within 1-2 days without complications. Debilitated patients and persons with weaker immune systems such as children, elderly or chronic patients may be affected by more serious forms of the disease. Specially, dehydration may represent a serious complication for children, the elderly and persons with a precarious metabolic balance or cardio circulatory instability.

TEST PRINCIPLE

CerTest Rota+Adeno+Astro+Noro is based on the principle of a qualitative immunochromatographic assay for the determination of *Rotavirus*, *Adenovirus*, *Astrovirus* and *Norovirus* (genogroups I and II) in stool samples.

Strip A consists of a nitrocellulose membrane pre-coated with mouse monoclonal antibodies on the test line (T), in the results window, against *Rotavirus* and with rabbit polyclonal antibodies, on the control line (C), against a specific protein. The label/sample absorbent pad is sprayed with label solution (mouse monoclonal antibodies anti-*Rotavirus*) conjugated to red polystyrene latex and control label solution (specific binding protein) conjugated to green polystyrene latex, forming coloured conjugate complexes.

Strip B consists of a nitrocellulose membrane pre-coated with mouse monoclonal antibodies on the test line (T), in the results window, against *Adenovirus* and with rabbit polyclonal antibodies, on the control line (C), against a specific protein. The label/sample absorbent pad is sprayed with label solution (mouse monoclonal antibodies anti-*Adenovirus*) conjugated to red polystyrene latex and control label solution (specific binding protein) conjugated to green polystyrene latex, forming coloured conjugate complexes.

Strip C consists of a nitrocellulose membrane pre-coated with mouse monoclonal antibodies on the test line (T), in the results window, against *Astrovirus* and with rabbit polyclonal antibodies, on the control line (C), against a specific protein. The label/sample absorbent pad is sprayed with label solution (mouse monoclonal antibodies anti-*Astrovirus*) conjugated to red polystyrene latex and control label solution (specific binding protein) conjugated to green polystyrene latex, forming coloured conjugate complexes.

Strip D consists of a nitrocellulose membrane pre-coated with mouse monoclonal antibodies on the test line (T), in the results window, against *Norovirus* and with rabbit polyclonal antibodies, on the control line (C), against a specific protein. The label/sample absorbent pad is sprayed with label solution (mouse monoclonal antibodies anti-*Norovirus*) conjugated to red polystyrene latex and control label solution (specific binding protein) conjugated to green polystyrene latex, forming coloured conjugate complexes.

If the sample is *Rotavirus* positive, the antigens of the diluted sample react with the red-coloured conjugate complex (anti-*Rotavirus* monoclonal antibodies-red polystyrene microspheres) in the strip A, which was previously pre-dried on the absorbent pad. If the sample is *Adenovirus* positive, the antigens of the diluted sample react with the red-coloured conjugate complex (anti-*Adenovirus* monoclonal antibodies-red polystyrene microspheres) in strip B, which was previously pre-dried on the absorbent pad. If the sample is *Astrovirus* positive, the antigens of the diluted sample react with the red-coloured conjugate complex (anti-*Astrovirus* monoclonal antibodies-red polystyrene microspheres) in strip C, which was previously pre-dried on the absorbent pad and if the sample is *Norovirus* positive, the antigens of the diluted sample react with the red-coloured conjugate complex (anti-*Norovirus* monoclonal antibodies-red polystyrene microspheres) in strip D, which was previously pre-dried



on the absorbent pad. The mixtures then move upward on the membrane by capillary action. As the sample flows through the test membrane, the binding conjugate complexes migrate. The anti-Rotavirus antibodies present on the membrane of strip A (test line), the anti-Adenovirus antibodies present on the membrane of strip B (test line), the anti-Astrovirus antibodies present on the membrane of strip C (test line) and the anti-Norovirus antibodies present on the membrane of strip D (test line) capture the coloured conjugate and a red line will be visible in the strips. These bands are used to interpret the result.

If the sample is negative, there is no *Rotavirus*, *Adenovirus*, *Astrovirus* and *Norovirus* antigens presence and yet, the antigens may be present in a concentration lower than the detection limit value, for which the reaction will not take place with any red-coloured conjugate complex. The anti-*Rotavirus*, anti-*Adenovirus*, anti-*Astrovirus* and anti-*Norovirus* antibodies present on the membranes (test lines) will not capture the antigen-red-coloured conjugate complex (not formed), for which the red lines will not appear.

Whether the sample is positive or not, in the four strips, the mixture continues to move across the membranes to the immobilized specific antibodies placed in the control lines. The anti-specific protein antibodies present on the four membranes will capture control green-conjugate complex and the four control lines will always appear. The presence of these green lines serve as: 1) verification that sufficient volume is added, 2) that proper flow is obtained and 3) an internal control for the reagents.

STORAGE AND STABILITY

Store as packaged in the sealed pouch at 2-30°C. The test is stable until the expiration date marked on its sealed pouch. The test must remain in the sealed pouch until use. Do not freeze.

PRECAUTIONS


- For professional *in vitro* diagnostic use.
- Do not use after expiration date.
- All the specimens should be considered potentially hazardous and handled in the same manner as an infectious agent. A new test must be used for each sample to avoid contamination errors.
- The tests should be discarded in a proper biohazard container after testing.
- Reagents contain preservatives. Avoid any contact with skin or mucous membrane. Consult safety data sheet, available on request.
- Components provide in the kit are approved for use in the CerTest Rota+Adeno+Astro+Noro combo card test. Do not use any other commercial kit component.
- Follow Good Laboratory Practices, wear protective clothing, use disposal gloves, goggles and mask. Do not eat, drink or smoke in the working area.

SPECIMEN COLLECTION AND PREPARATION

Stool samples should be collected in clean containers. The samples can be stored in the refrigerator (2-8°C) for 1-2 days prior to testing. For longer storage, maximum 1 year, the specimen must be kept frozen at -20°C. In this case, the sample will be totally thawed and brought to room temperature before testing. Homogenise stool sample as thoroughly as possible prior to preparation.

Specimen preparation (see illustration):

1. Take out the cap of the stool collection tube (1) and use the stick to pick up sufficient sample quantity. Then, introduce the stick once into 4 different parts of the stool sample (2), to collect faecal sample (approx. 125mg) and add it to the stool collection tube. For liquid samples, add approx. 125µL in the collection tube using a micropipette.
2. Close the tube with the diluent and stool sample. Shake the tube in order to assure good sample dispersion (3).





CERTEST Rota+Adeno+Astro+Noro

One Step test to detect Rotavirus, Adenovirus, Astrovirus and Norovirus combo card format/
Prueba combo de un solo paso para detección de Rotavirus, Adenovirus, Astrovirus y Norovirus en formato cassette

MATERIALS

MATERIALS PROVIDED

- CerTest Rota+Adeno+Astro+Noro combo card tests
- Instructions for use
- Stool collection tubes with diluent

MATERIALS REQUIRED BUT NOT PROVIDED


- Specimen collection container
- Disposable gloves
- Timer

TEST PROCEDURE


Allow tests, stool samples and controls to reach room temperature (15-30°C) prior to testing. Do not open pouches until the performance of the assay.

1. Proceed to shake the stool collection tube in order to assure good sample dispersion.
2. Remove CerTest Rota+Adeno+Astro+Noro combo card test from its sealed bag just before using it.
3. Take the stool collection tube, cut the end of the cap (4) and, using each time the same tube, dispense 4 drops in the circular window marked with the letter A (5), 4 drops in the circular window marked with the letter B (6), 4 drops in the circular window marked with the letter C (7) and 4 drops in the circular window marked with the letter D (8). Avoid adding solid particles with the liquid.
4. **Read the results at 10 minutes.** Do not read the test result later than 10 minutes.


If the test does not run due to solid particles, stir the sample added in the sample window (S) with the stick. If it doesn't work, dispense a drop of extraction diluent until seeing the liquid running through the reaction zone.




Rota Strip A-procedure




Adeno Strip B-procedure



Astro Strip C-procedure




Noro Strip D-procedure




CERTEST Rota + Adeno + Astro + Noro

One Step test to detect Rotavirus, Adenovirus, Astrovirus and Norovirus combo card format/
Prueba combo de un solo paso para detección de Rotavirus, Adenovirus, Astrovirus y Norovirus en formato cassette


INTERPRETATION OF RESULTS (please refer to the illustration below)




- A: Green→Negative Rotavirus
B: Green→Negative Adenovirus
C: Green→Negative Astrovirus
D: Green→Negative Norovirus




- A: Green/Red→Positive Rotavirus
B: Green/Red→Positive Adenovirus
C: Green/Red→Positive Astrovirus
D: Green/Red→Positive Norovirus




- A: Green/Red→Positive Rotavirus
B: Green/Red→Positive Adenovirus
C: Green/Red→Positive Astrovirus
D: Green→Negative Norovirus




- A: Green/Red→Positive Rotavirus
B: Green/Red→Positive Adenovirus
C: Green→Negative Astrovirus
D: Green/Red→Positive Norovirus




- A: Green/Red→Positive Rotavirus
B: Green→Negative Adenovirus
C: Green/Red→Positive Astrovirus
D: Green/Red→Positive Norovirus




- A: Green→Negative Rotavirus
B: Green/Red→Positive Adenovirus
C: Green/Red→Positive Astrovirus
D: Green/Red→Positive Norovirus




- A: Green/Red→Positive Rotavirus
B: Green/Red→Positive Adenovirus
C: Green→Negative Astrovirus
D: Green→Negative Norovirus




- A: Green/Red→Positive Rotavirus
B: Green→Negative Adenovirus
C: Green/Red→Positive Astrovirus
D: Green/Red→Positive Norovirus




- A: Green→Negative Rotavirus
B: Green/Red→Positive Adenovirus
C: Green→Negative Astrovirus
D: Green/Red→Positive Norovirus




- A: Green→Negative Rotavirus
B: Green/Red→Positive Adenovirus
C: Green/Red→Positive Astrovirus
D: Green→Negative Norovirus




- A: Green/Red Positive Rotavirus
B: Green→Negative Adenovirus
C: Green/Red→Positive Astrovirus
D: Green→Negative Norovirus




- A: Green/Red→Positive Rotavirus
B: Green→Negative Adenovirus
C: Green→Negative Astrovirus
D: Green/Red→Positive Norovirus




- A: Green/Red→Positive Rotavirus
B: Green→Negative Adenovirus
C: Green→Negative Astrovirus
D: Green→Negative Norovirus



- A: Green→Negative Rotavirus
B: Green/Red→Positive Adenovirus
C: Green→Negative Astrovirus
D: Green→Negative Norovirus



- A: Green→Negative Rotavirus
B: Green→Negative Adenovirus
C: Green/Red→Positive Astrovirus
D: Green→Negative Norovirus



- A: Green→Negative Rotavirus
B: Green→Negative Adenovirus
C: Green→Negative Astrovirus
D: Green/Red→Positive Norovirus



- A: Green→Negative Rotavirus
B: Green→Negative Adenovirus
C: Green/Red→Positive Astrovirus
D: Green→Negative Norovirus



CERTEST Rota + Adeno + Astro + Noro

One Step test to detect Rotavirus, Adenovirus, Astrovirus and Norovirus combo card format/
Prueba combo de un solo paso para detección de Rotavirus, Adenovirus, Astrovirus y Norovirus en formato cassette

	A (Rota)	B (Adeno)	C (Astro)	D (Noro)	Interpretation of the results
1.	-	-	-	-	There is not <i>Rotavirus, Adenovirus, Astrovirus and Norovirus</i> presence. No viral infection caused by <i>Rotavirus, Adenovirus, Astrovirus or Norovirus</i> .
	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	
2.	+	+	+	+	There is <i>Rotavirus, Adenovirus, Astrovirus and Norovirus</i> presence. Viral infection caused by <i>Rotavirus, Adenovirus, Astrovirus and Norovirus</i> .
	GREEN-RED	GREEN-RED	GREEN-RED	GREEN-RED	
3.	+	+	+	-	There is <i>Rotavirus, Adenovirus, Astrovirus</i> presence. Viral infection caused by <i>Rotavirus, Adenovirus and Astrovirus</i> .
	GREEN-RED	GREEN-RED	GREEN-RED	GREEN	
4.	+	+	-	+	There is <i>Rotavirus, Adenovirus and Norovirus</i> presence. Viral infection caused by <i>Rotavirus, Adenovirus and Norovirus</i> .
	GREEN-RED	GREEN-RED	GREEN	GREEN-RED	
5.	+	-	+	+	There is <i>Rotavirus, Astrovirus and Norovirus</i> presence. Viral infection caused by <i>Rotavirus, Astrovirus and Norovirus</i> .
	GREEN-RED	GREEN	GREEN-RED	GREEN-RED	
6.	-	+	+	+	There is <i>Adenovirus, Astrovirus and Norovirus</i> presence. Viral infection caused by <i>Adenovirus, Astrovirus and Norovirus</i> .
	GREEN	GREEN-RED	GREEN-RED	GREEN-RED	
7.	+	+	-	-	There is <i>Rotavirus and Adenovirus</i> presence. Viral infection caused by <i>Rotavirus and Adenovirus</i> .
	GREEN-RED	GREEN-RED	GREEN	GREEN	
8.	-	-	+	+	There is <i>Astrovirus and Norovirus</i> presence. Viral infection caused by <i>Astrovirus and Norovirus</i> .
	GREEN	GREEN	GREEN-RED	GREEN-RED	
9.	-	+	-	+	There is <i>Adenovirus and Norovirus</i> presence. Viral infection caused by <i>Adenovirus and Norovirus</i> .
	GREEN	GREEN-RED	GREEN	GREEN-RED	
10.	-	+	+	-	There is <i>Adenovirus and Astrovirus</i> presence. Viral infection caused by <i>Adenovirus and Astrovirus</i> .
	GREEN	GREEN-RED	GREEN-RED	GREEN	
11.	+	-	+	-	There is <i>Rotavirus and Astrovirus</i> presence. Viral infection caused by <i>Rotavirus and Astrovirus</i> .
	GREEN-RED	GREEN	GREEN-RED	GREEN	
12.	+	-	-	+	There is <i>Rotavirus and Norovirus</i> presence. Viral infection caused by <i>Rotavirus and Norovirus</i> .
	GREEN-RED	GREEN	GREEN	GREEN-RED	
13.	+	-	-	-	There is <i>Rotavirus</i> presence. Viral infection caused by <i>Rotavirus</i> .
	GREEN-RED	GREEN	GREEN	GREEN	
14.	-	+	-	-	There is <i>Adenovirus</i> presence. Viral infection caused by <i>Adenovirus</i> .
	GREEN	GREEN-RED	GREEN	GREEN	
15.	-	-	+	-	There is <i>Astrovirus</i> presence. Viral infection caused by <i>Astrovirus</i> .
	GREEN	GREEN	GREEN-RED	GREEN	
16.	-	-	-	+	There is <i>Norovirus</i> presence. Viral infection caused by <i>Norovirus</i> .
	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN-RED	
17.	Any other result				Invalid result either A, B, C or D, we recommend repeating the assay using the same sample with another test.

Whatever result detailed in the above-mentioned table (2 to 16) should be followed up with additional confirmatory diagnostic procedures.

Whatever results detailed between 2 and 6 are not very common. Dual simultaneous infections are more frequent than triple or quadruple virus infection.

INVALID: Total absence of any control coloured lines (GREEN) regardless the appearance or not of the test lines (RED). Insufficient specimen volume, incorrect procedural techniques or deterioration of the reagents are mostly the main reasons for control lines failure. Review the procedure and repeat the assay with a new test. If the symptoms or situation still persist, discontinue using the test kit and contact your local distributor.





CERTEST Rota+Adeno+Astro+Noro

One Step test to detect Rotavirus, Adenovirus, Astrovirus and Norovirus combo card format/
Prueba combo de un solo paso para detección de Rotavirus, Adenovirus, Astrovirus y Norovirus en formato cassette

NOTES ON THE INTERPRETATION OF RESULTS

The intensity of the red coloured bands in the test lines (T) in the results windows will vary depending on the concentration of antigens present in the specimen. However, neither the quantitative value nor the rate of increase in antigens can be determined by this qualitative test.

QUALITY CONTROL

Internal procedural controls are included in the test. The green lines appearing in the control lines (C) in the results windows are internal controls, which confirm sufficient specimen volume and correct procedural technique.

LIMITATIONS

- 1.The test must be carried out within 2 hours after opening the sealed bag.
- 2.An excess of sample could cause wrong results (brown bands appear). Dilute the sample with the diluent and repeat the test.
- 3.The intensity of test line may vary from very strong at high antigens concentration to faint when the antigens concentration is close to the detection limit value of the test.
- 4.After one week of infection, the number of viruses in faeces is decreasing, making the samples less reactive. Stool samples should be collected within one week of the onset of symptoms.
- 5.CerTest Rota+Adeno+Astro+Noro should be used only with samples from human faeces. The use of other samples has not been established.
The quality of the test depends on the quality of the sample; proper faecal specimens must be obtained.
- 6.Positive results determine the presence of *Rotavirus* and/or *Adenovirus* and/or *Astrovirus* and/or *Norovirus* in faecal samples; nevertheless, a positive result should be followed up with additional laboratory techniques (biochemical methods or microscopy) to confirm the results. A confirmed infection should only be made by a physician after all clinical and laboratory findings have been evaluated and must be based in the correlation of the results with further clinical observations.
- 7.A negative result is not meaningful because of it is possible the antigens concentration in the stool sample is lower than the detection limit values. If the symptoms or situation still persist, *Rotavirus* and/or *Adenovirus* and/or *Astrovirus* and/or *Norovirus* determination should be carried out with another technique (for example microscopy or PCR).

EXPECTED VALUES

Acute gastroenteritis is a common disorder in young children; moreover, the associated dehydration is a leading cause of admission to hospital in industrialized countries. Acute diarrhoea is a major health problem throughout the world and main source of mortality in developing countries. Enteric viruses have been recognized as the most significant etiological agents of the disease and yet, four categories of viruses are being considered clinically relevant: group A *Rotavirus* (family *Reoviridae*), *Norovirus* (family *Caliciviridae*), *Adenovirus* and *Astrovirus*. Several studies proved co-infections in infants 46% with acute watery diarrhoea.

In recent years, global public health concern caused by *Norovirus* was raised referring to significant morbidity and occasional mortality, which frequently occurred in schools, hospitals, cruises and other semi-closed institutions. The pathogen is highly contagious with a low infectious dose and spreads by ingestion of contaminated food and/or water or inhaling the agent particle by contact with patients. It has been deduced that approximately 90% of the outbreaks of acute nonbacterial gastroenteritis in the United States were caused by *Norovirus* and 23 million cases were affected annually. In addition to human cost, *Norovirus* infections cause economic losses that approach or exceed \$650,000 in supplies and staff time off. Although previous studies showed the disease was mild and self-limiting, recent studies have showed its ability in causing more severe complications than previously expected.

PERFORMANCE CHARACTERISTICS

Clinical sensitivity and specificity

An evaluation, with faecal samples, was performed using an immunochromatographic test (CerTest Rota+Adeno+Astro+Noro, CerTest) and these results were compared with a commercial available test (Ridascreen®*Rotavirus* ELISA Test, r-Biopharm) for *Rotavirus*, (Simple *Norovirus*, Operon) for *Norovirus*, another commercial ELISA assay (Ridascreen®*Astrovirus* Test, r-Biopharm) for *Astrovirus* and the results for *Adenovirus* were confirmed using PCR. The results were as follows:

Ridascreen® <i>Rotavirus</i> ELISA Test				
IC Test: CerTest Rota+Adeno+Astro+Noro (<i>Rotavirus</i>)	+	-	Total	
+	18	1	19	
-	0	43	43	
Total	18	44	62	





CERTEST Rota+Adeno+Astro+Noro

One Step test to detect Rotavirus, Adenovirus, Astrovirus and Norovirus combo card format/
Prueba combo de un solo paso para detección de Rotavirus, Adenovirus, Astrovirus y Norovirus en formato cassette

	Sensitivity	Specificity	PPV	NPV
CerTest Rota+Adeno+Astro+Noro (<i>Rotavirus</i>) vs Ridascreen® <i>Rotavirus</i> ELISA Test	>99%	98%	>94%	>99%

		PCR		Total
IC Test: CerTest Rota+Adeno+Astro+Noro (Adenovirus)	+	+	-	
		7	0	7
	-	0	52	52
Total		7	52	59

	Sensitivity	Specificity	PPV	NPV
CerTest Rota+Adeno+Astro+Noro (Adenovirus) vs PCR	>99%	>99%	>99%	>99%

		Ridascreen® <i>Astrovirus</i> Test		Total
IC test: CerTest Rota+Adeno+Astro+Noro (Astrovirus)	+	+	-	
		16	0	16
	-	1	11	12
Total		17	11	28

	Sensitivity	Specificity	PPV	NPV
CerTest Rota+Adeno+Astro+Noro (Astrovirus) vs Ridascreen® <i>Astrovirus</i> Test.	>94%	>99%	>99%	>92%

		IC test: Simple Norovirus		Total
IC test: CerTest Rota+Adeno+Astro+Noro (Norovirus GI)	+	+	-	
		2	0	2
	-	0	48	48
Total		2	48	50

	Sensitivity	Specificity	PPV	NPV
CerTest Rota+Adeno+Astro+Noro (Norovirus GI) vs Simple Norovirus	>99%	>99%	>99%	>99%





CERTEST Rota + Adeno + Astro + Noro

One Step test to detect Rotavirus, Adenovirus, Astrovirus and Norovirus combo card format/
Prueba combo de un solo paso para detección de Rotavirus, Adenovirus, Astrovirus y Norovirus en formato cassette

		IC test: Simple Norovirus		
IC test: CerTest Rota+Adeno+Astro+Noro (Norovirus GII) vs Simple Norovirus			-	Total
	+	10	0	10
	-	0	48	48
Total		10	48	58

	Sensitivity	Specificity	PPV	NPV
CerTest Rota+Adeno+Astro+Noro (Norovirus GII) vs Simple Norovirus	>99%	>99%	>99%	>99%

The results showed a high sensitivity and specificity to detect *Rotavirus*, *Adenovirus*, *Astrovirus* and *Norovirus* (GI and GII) using CerTest Rota+Adeno+Astro+Noro.

Cross reactivity

An evaluation was performed to determine the cross reactivity of CerTest Rota+Adeno+Astro+Noro; no cross reactivity against gastrointestinal pathogens occasionally present in faeces:

Adenovirus (Strip A, C and D)	<i>Escherichia coli</i> O157:H7	<i>Salmonella paratyphi</i>
Astrovirus (Strip A, B and D)	<i>Giardia lamblia</i>	<i>Salmonella typhimurium</i>
<i>Campylobacter coli</i>	<i>Hepatitis A</i>	<i>Salmonella typhi</i>
<i>Campylobacter jejuni</i>	<i>Helicobacter pylori</i>	<i>Shigella boydii</i>
<i>Clostridium difficile</i>	<i>Listeria monocytogenes</i>	<i>Shigella dysenteriae</i>
<i>Cryptosporidium parvum</i>	<i>Norovirus</i> (Strip A, B and C)	<i>Shigella flexneri</i>
<i>Enterovirus</i>	<i>Rotavirus</i> (Strip B, C and D)	<i>Shigella sonnei</i>
<i>Entamoeba histolytica</i>	RSV	<i>Staphylococcus aureus</i>
<i>Escherichia coli</i> O111	<i>Salmonella enteritidis</i>	<i>Yersinia enterocolitica</i>





CERTEST Rota+Adeno+Astro+Noro

One Step test to detect Rotavirus, Adenovirus, Astrovirus and Norovirus combo card format/
Prueba combo de un solo paso para detección de Rotavirus, Adenovirus, Astrovirus y Norovirus en formato cassette

ESPAÑOL

USO PREVISTO

CerTest Rota+Adeno+Astro+Noro combo card test es una prueba inmunocromatográfica de un solo paso para la detección cualitativa simultánea de antígenos de *Rotavirus*, *Adenovirus*, *Astrovirus* y *Norovirus* en muestras de heces.

CerTest Rota+Adeno+Astro+Noro combo card test ofrece un ensayo de cribado sencillo y de alta sensibilidad para realizar un diagnóstico presuntivo de infección por *Rotavirus*, *Adenovirus*, *Astrovirus* y/o *Norovirus*.

INTRODUCCIÓN

Rotavirus, *Adenovirus* y *Astrovirus* son los agentes más frecuentes causantes de gastroenteritis en niños y jóvenes, también han sido detectados en adultos. Estos virus se transmiten por contacto feco-oral. Los principales síntomas de gastroenteritis vírica son diarrea acuosa y vómitos. También puede presentarse dolor de cabeza, fiebre y dolor de estómago. Por lo general, los síntomas comienzan 1 ó 2 días después de infectarse y pueden durar desde 1 hasta 10 días, dependiendo del virus causante de la enfermedad (3 días para *Rotavirus*, 5-8 días para *Adenovirus* y 3 días para *Astrovirus*).

Los *Norovirus* son la principal causa de gastroenteritis epidémica, incluyendo brotes de origen alimentario, en los Estados Unidos. Los *Norovirus* pertenecen a la familia Caliciviridae y se pueden agrupar en cinco genogrupos (desde G1 a G5), que se dividen en al menos 34 genotipos. Los genotipos G1, GII y GIV infectan a los humanos, causando gastroenteritis, mientras que GIII y GV normalmente infectan a los animales.

Los síntomas de las enfermedades relacionadas con *Norovirus* son los típicos de la gastroenteritis, es decir, vómitos, diarrea acuosa y calambres abdominales. El vómito es un síntoma característico en la mayoría de las infecciones por *Norovirus* (ocurre en el 64 % de los adultos y el 81% de los niños). Otros síntomas como malestar general, náuseas, algo de fiebre y fatiga también están presentes en más del 90% de los casos. El período de incubación de la enfermedad es generalmente entre 12 y 48 horas, mientras que la infección dura entre 12 y 60 horas. La infección también puede ser asintomática, y por lo tanto contribuir a la propagación del virus en la comunidad. Como regla general, la enfermedad no tiene consecuencias graves, y la mayoría de los pacientes se recuperan en 1-2 días sin complicaciones. Los pacientes debilitados y las personas con sistemas inmunológicos débiles, como los niños, pacientes de edad avanzada o crónica pueden verse afectadas por las formas más graves de la enfermedad. Especialmente, la deshidratación puede representar una complicación grave para los niños, los ancianos y las personas con un balance metabólico o inestabilidad cardio circulatoria.

FUNDAMENTO DEL TEST

CerTest Rota+Adeno+Astro+Noro es una prueba cualitativa inmunocromatográfica para la determinación de *Rotavirus*, *Adenovirus*, *Astrovirus* y *Norovirus* (genogrupos I y II) en muestras de heces.

Tira A consiste en una membrana de nitrocelulosa fijada previamente con anticuerpos monoclonales de ratón frente a *Rotavirus* en la línea del test (T), en la ventana de resultados, y en la línea de control (C), con anticuerpos policlonales de conejo frente a una proteína específica. En el material absorbente para la muestra se ha dispensado una preparación de reactivos de la línea de test (anticuerpos monoclonales de ratón frente a *Rotavirus*) conjugada con látex de poliestireno rojo y otra preparación para la línea de control (proteína específica de unión) conjugada con látex de poliestireno verde, formando dos complejos coloreados conjugados.

Tira B consiste en una membrana de nitrocelulosa fijada previamente con anticuerpos monoclonales de ratón frente a *Adenovirus* en la línea del test (T), en la ventana de resultados, y en la línea de control (C), con anticuerpos policlonales de conejo frente a una proteína específica. En el material absorbente para la muestra se ha dispensado una preparación de reactivos de la línea de test (anticuerpos monoclonales de ratón frente a *Adenovirus*) conjugada con látex de poliestireno rojo y otra preparación para la línea de control (proteína específica de unión) conjugada con látex de poliestireno verde, formando dos complejos coloreados conjugados.

Tira C consiste en una membrana de nitrocelulosa fijada previamente con anticuerpos monoclonales de ratón frente a *Astrovirus* en la línea del test (T), en la ventana de resultados, y en la línea de control (C), con anticuerpos policlonales de conejo frente a una proteína específica. En el material absorbente para la muestra se ha dispensado una preparación de reactivos de la línea de test (anticuerpos monoclonales de ratón frente a *Astrovirus*) conjugada con látex de poliestireno rojo y otra preparación para la línea de control (proteína específica de unión) conjugada con látex de poliestireno verde, formando dos complejos coloreados conjugados.

Tira D consiste en una membrana de nitrocelulosa fijada previamente con anticuerpos monoclonales de ratón frente a *Norovirus* en la línea del test (T), en la ventana de resultados, y en la línea de control (C), con anticuerpos policlonales de conejo frente a una proteína específica. En el material absorbente para la muestra se ha dispensado una preparación de reactivos de la línea de test (anticuerpos monoclonales de ratón frente a *Norovirus*) conjugada con látex de poliestireno rojo y otra preparación para la línea de control (proteína específica de unión) conjugada con látex de poliestireno verde, formando dos complejos coloreados conjugados.





CERTEST Rota+Adeno+Astro+Noro

One Step test to detect Rotavirus, Adenovirus, Astrovirus and Norovirus combo card format/
Prueba combo de un solo paso para detección de Rotavirus, Adenovirus, Astrovírus y Norovírus en formato cassette

Si la muestra es *Rotavirus* positiva, los antígenos de la muestra diluida reaccionan con el complejo conjugado coloreado rojo (anticuerpos monoclonales anti-*Rotavirus*-microesferas rojas de látex) en la tira A, el cual fue secado previamente en el material absorbente. Si la muestra es *Adenovirus* positiva, los antígenos de la muestra diluida reaccionan con el complejo conjugado coloreado rojo (anticuerpos monoclonales anti-*Adenovirus*-microesferas rojas de látex) en la tira B, el cual fue secado previamente en el material absorbente. Si la muestra es *Astrovirus* positiva, los antígenos de la muestra diluida reaccionan con el complejo conjugado coloreado rojo (anticuerpos monoclonales anti-*Astrovirus*-microesferas rojas de látex) en la tira C, el cual fue secado previamente en el material absorbente y si la muestra es *Norovirus* positiva, los antígenos de la muestra diluida reaccionan con el complejo conjugado coloreado rojo (anticuerpos monoclonales anti-*Norovirus*-microesferas rojas de látex) en la tira D, el cual fue secado previamente en el material absorbente. Esta mezcla avanza por capilaridad a través de la membrana. Conforme la muestra va migrando también lo hacen los complejos conjugados. Los anticuerpos anti-*Rotavirus* presentes en la membrana de la tira A (línea de test), los anticuerpos anti-*Adenovirus* presentes en la membrana de la tira B (línea del test), los anticuerpos anti-*Astrovirus* presentes en la membrana de la tira C (línea del test) y los anticuerpos anti-*Norovirus* presentes en la membrana de la tira D (línea del test), capturarán el complejo coloreado del test y será visible una línea roja en las cuatro tiras. Estas líneas se usarán para interpretación del resultado.

Si la muestra es negativa, no hay presencia de antígenos de *Rotavirus* ni de *Adenovirus* ni de *Astrovirus* ni de *Norovirus* o los antígenos están presentes en una concentración inferior al límite de detección y no se produce reacción con ningún complejo coloreado rojo. Los anticuerpos anti-*Rotavirus*, anti-*Adenovirus*, anti-*Astrovirus* y anti-*Norovirus* presentes en las membranas (líneas de test) no capturarán los antígenos-complejos coloreados rojo (no formados) y no aparecerán las líneas rojas.

Independientemente de que la muestra sea positiva o no, en las cuatro tiras, la mezcla continuará moviéndose a través de las membranas hacia los anticuerpos inmovilizados frente a la proteína específica localizados en las líneas de control. Estos anticuerpos anti-proteína específica presentes en las cuatro membranas capturarán el complejo conjugado de control y las líneas de control verdes siempre aparecerán. La aparición de estas líneas se utiliza: 1) para verificar que se ha añadido el volumen de muestra suficiente, 2) que el flujo ha sido apropiado y 3) como control interno de los reactivos.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

El producto debe ser almacenado entre 2 y 30°C en su envase original sellado, para conseguir un óptimo funcionamiento hasta la fecha de caducidad impresa en el envase. No debe abrirse hasta el momento de su uso. No congelar.

PRECAUCIONES

- Sólo para uso profesional *in vitro*.
- No utilizar después de la fecha de caducidad.
- Las muestras se deben considerar potencialmente peligrosas y deben ser manipuladas de la misma forma que a un agente infeccioso. Un nuevo test deberá utilizarse para cada una de las muestras para evitar errores de contaminación.
- Los tests usados deben ser gestionados como residuos sanitarios (contenedor de residuos sanitarios).
- Los reactivos contienen conservantes. Debe evitarse cualquier contacto con la piel o las mucosas. Consultar fichas de seguridad, disponibles bajo petición.
- Los componentes proporcionados con el kit son aprobados para su uso con CerTest Rota+Adeno+Astro+Noro combo card test. No se deben usar con componentes de otros kits comercializados.
- Seguir las Buenas Prácticas de Laboratorio, llevar ropa de protección adecuada, usar guantes desechables, gafas de protección y mascarilla. No comer, ni beber o fumar en la zona de trabajo.

RECOGIDA DE MUESTRAS Y PREPARACIÓN

Las muestras deben ser recogidas en un recipiente limpio. Las muestras se deben conservar en frío (2-8°C), durante 1-2 días, hasta el momento de utilizarlas. Para conservar las muestras durante un tiempo prolongado, como máximo 1 año, deben mantenerse congeladas a -20°C. En este caso, la muestra debe descongelarse totalmente y alcanzar la temperatura ambiente para poder utilizarla en la prueba. Homogenizar la muestra vigorosamente antes de su preparación.

Preparación de la muestra (ver dibujo):


1. Abrir el tubo para dilución de muestra (1) y con ayuda del palito tomar suficiente cantidad de muestra de las heces recogidas. Para ello se introducirá el palito una sola vez en 4 zonas distintas de la muestra (2), tomando una cantidad de heces (aprox. 125mg) y posteriormente se introducirá la muestra en el tubo para dilución de muestra. Para muestras líquidas, añada aprox. 125µL en el tubo para dilución utilizando una micropipeta.



CERTEST Rota + Adeno + Astro + Noro

One Step test to detect Rotavirus, Adenovirus, Astrovirus and Norovirus combo card format/
Prueba combo de un solo paso para detección de Rotavirus, Adenovirus, Astrovirus y Norovirus en formato cassette

- Cerrar el tubo que contiene la muestra y el diluyente. Agitarlo para facilitar la dispersión de la muestra (3).



MATERIALES

MATERIALES SUMINISTRADOS

- CerTest Rota+Adeno+Astro+Noro combo card tests
- Instrucciones de uso
- Tubos para dilución de muestra con diluyente

MATERIALES NECESARIOS NO SUMINISTRADOS

- Recipiente para recogida de muestras
- Guantes desechables
- Cronómetro

PROCEDIMIENTO

Previamente los tests, las muestras de heces y los controles se deben acondicionar a la temperatura ambiente (15-30°C). No abrir los envases hasta el momento de la prueba.


- Agitar el tubo para dilución de muestra para asegurar una buena dispersión.
- Sacar el test CerTest Rota+Adeno+Astro+Noro de su envase antes de utilizarlo.
- Tomar el tubo para dilución de muestra, cortar la punta del tapón (4), usando el mismo tubo cada vez, añadir 4 gotas en la ventana circular marcada con la letra A (5), añadir 4 gotas en la ventana circular marcada con la letra B (6), añadir 4 gotas en la ventana circular marcada con la letra C (7) y añadir 4 gotas en la ventana circular marcada con la letra D (8), evitando añadir partículas sólidas con el líquido.
- Leer el resultado a los 10 minutos.** No leer el resultado superados los 10 minutos.

Si se da el caso de que el test no funciona debido a la presencia de partículas sólidas, agitar con el palito la muestra en la ventana (S). Si no funciona, añadir una gota de diluyente hasta que se vea avanzar el líquido por la zona de resultados.




Procedimiento Tira A Rota

Añadir 4 gotas en la ventana circular (A)



Procedimiento Tira B Adeno

Añadir 4 gotas en la ventana circular (B)



Procedimiento Tira C Astro

Añadir 4 gotas en la ventana circular (C)



Procedimiento Tira D Noro

Añadir 4 gotas en la ventana circular (D)



(5)

IU-RG86V rev 01

(6)

(7)

(8)

Revision 01

11




CerTest
BIOTEC S.L.


Pol. Industrial Río Gállego II, Calle J, Nº 1,
50840, San Mateo de Gállego, Zaragoza (SPAIN)
www.certest.es




INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS (por favor, fíjese en el siguiente dibujo)




- A: Verde→Negativo Rotavirus
B: Verde→Negativo Adenovirus
C: Verde→Negativo Astrovirus
D: Verde→Negativo Norovirus




- A: Verde/Rojo→Positivo Rotavirus
B: Verde/Rojo→Positivo Adenovirus
C: Verde/Rojo→Positivo Astrovirus
D: Verde/Rojo→Positivo Norovirus




- A: Verde/Rojo→Positivo Rotavirus
B: Verde/Rojo→Positivo Adenovirus
C: Verde/Rojo→Positivo Astrovirus
D: Verde→Negativo Norovirus




- A: Verde/Rojo→Positivo Rotavirus
B: Verde/Rojo→Positivo Adenovirus
C: Verde→Negativo Astrovirus
D: Verde/Rojo→Positivo Norovirus




- A: Verde/Rojo→Positivo Rotavirus
B: Verde→Negativo Adenovirus
C: Verde/Rojo→Positivo Astrovirus
D: Verde/Rojo→Positivo Norovirus




- A: Verde→Negativo Rotavirus
B: Verde/Rojo→Positivo Adenovirus
C: Verde/Rojo→Positivo Astrovirus
D: Verde/Rojo→Positivo Norovirus




- A: Verde/Rojo→Positivo Rotavirus
B: Verde/Rojo→Positivo Adenovirus
C: Verde→Negativo Astrovirus
D: Verde→Negativo Norovirus




- A: Verde→Negativo Rotavirus
B: Verde→Negativo Adenovirus
C: Verde/Rojo→Positivo Astrovirus
D: Verde/Rojo→Positivo Norovirus




- A: Verde→Negativo Rotavirus
B: Verde/Rojo→Positivo Adenovirus
C: Verde→Negativo Astrovirus
D: Verde/Rojo→Positivo Norovirus




- A: Verde→Negativo Rotavirus
B: Verde/Rojo→Positivo Adenovirus
C: Verde/Rojo→Positivo Astrovirus
D: Verde→Negativo Norovirus




- A: Verde/Rojo Positivo Rotavirus
B: Verde→Negativo Adenovirus
C: Verde/Rojo→Positivo Astrovirus
D: Verde→Negativo Norovirus




- A: Verde/Rojo→Positivo Rotavirus
B: Verde→Negativo Adenovirus
C: Verde→Negativo Astrovirus
D: Verde/Rojo→Positivo Norovirus




- A: Verde/Rojo→Positivo Rotavirus
B: Verde→Negativo Adenovirus
C: Verde→Negativo Astrovirus
D: Verde→Negativo Norovirus



- A: Verde→Negativo Rotavirus
B: Verde/Rojo→Positivo Adenovirus
C: Verde→Negativo Astrovirus
D: Verde→Negativo Norovirus



- A: Verde→Negativo Rotavirus
B: Verde→Negativo Adenovirus
C: Verde/Rojo→Positivo Astrovirus
D: Verde→Negativo Norovirus



- A: Verde→Negativo Rotavirus
B: Verde→Negativo Adenovirus
C: Verde→Negativo Astrovirus
D: Verde/Rojo→Positivo Norovirus



- A: Verde→Negativo Rotavirus
B: Verde/Rojo→Positivo Adenovirus
C: Verde→Negativo Astrovirus
D: Verde→Negativo Norovirus





CERTEST Rota + Adeno + Astro + Noro

One Step test to detect Rotavirus, Adenovirus, Astrovirus and Norovirus combo card format/
Prueba combo de un solo paso para detección de Rotavirus, Adenovirus, Astrovirus y Norovirus en formato cassette

	A (Rota)	B (Adeno)	C (Astro)	D (Noro)	Interpretación de los resultados
1.	-	-	-	-	No hay presencia de <i>Rotavirus, Adenovirus, Astrovirus o Norovirus</i> . No hay infección vírica causada por <i>Rotavirus, Adenovirus, Astrovirus o Norovirus</i> .
	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	
2.	+	+	+	+	Hay presencia de <i>Rotavirus, Adenovirus, Astrovirus y Norovirus</i> . Infección vírica causada por <i>Rotavirus, Adenovirus, Astrovirus y Norovirus</i> .
	VERDE-ROJO	VERDE-ROJO	VERDE-ROJO	VERDE-ROJO	
3.	+	+	+	-	Hay presencia de <i>Rotavirus, Adenovirus y Astrovirus</i> . Infección vírica causada por <i>Rotavirus, Adenovirus y Astrovirus</i> .
	VERDE-ROJO	VERDE-ROJO	VERDE-ROJO	VERDE	
4.	+	+	-	+	Hay presencia de <i>Rotavirus, Adenovirus y Norovirus</i> . Infección vírica causada por <i>Rotavirus, Adenovirus y Norovirus</i> .
	VERDE-ROJO	VERDE-ROJO	VERDE	VERDE-ROJO	
5.	+	-	+	+	Hay presencia de <i>Rotavirus, Astrovirus y Norovirus</i> . Infección vírica causada por <i>Rotavirus, Astrovirus y Norovirus</i> .
	VERDE-ROJO	VERDE	VERDE-ROJO	VERDE-ROJO	
6.	-	+	+	+	Hay presencia de <i>Adenovirus, Astrovirus y Norovirus</i> . Infección vírica causada por <i>Adenovirus, Astrovirus y Norovirus</i> .
	VERDE	VERDE-ROJO	VERDE-ROJO	VERDE-ROJO	
7.	+	+	-	-	Hay presencia de <i>Rotavirus y Adenovirus</i> . Infección vírica causada por <i>Rotavirus y Adenovirus</i> .
	VERDE-ROJO	VERDE-ROJO	VERDE	VERDE	
8.	-	-	+	+	Hay presencia de <i>Astrovirus y Norovirus</i> . Infección vírica causada por <i>Astrovirus y Norovirus</i> .
	VERDE	VERDE	VERDE-ROJO	VERDE-ROJO	
9.	-	+	-	+	Hay presencia de <i>Adenovirus y Norovirus</i> . Infección vírica causada por <i>Adenovirus y Norovirus</i> .
	VERDE	VERDE-ROJO	VERDE	VERDE-ROJO	
10.	-	+	+	-	Hay presencia de <i>Adenovirus y Astrovirus</i> . Infección vírica causada por <i>Adenovirus y Astrovirus</i> .
	VERDE	VERDE-ROJO	VERDE-ROJO	VERDE	
11.	+	-	+	-	Hay presencia de <i>Rotavirus y Astrovirus</i> . Infección vírica causada por <i>Rotavirus y Astrovirus</i> .
	VERDE-ROJO	VERDE	VERDE-ROJO	VERDE	
12.	+	-	-	+	Hay presencia de <i>Rotavirus y Norovirus</i> . Infección vírica causada por <i>Rotavirus y Norovirus</i> .
	VERDE-ROJO	VERDE	VERDE	VERDE-ROJO	
13.	+	-	-	-	Hay presencia de <i>Rotavirus</i> . Infección vírica causada por <i>Rotavirus</i> .
	VERDE-ROJO	VERDE	VERDE	VERDE	
14.	-	+	-	-	Hay presencia de <i>Adenovirus</i> . Infección vírica causada por <i>Adenovirus</i> .
	VERDE	VERDE-ROJO	VERDE	VERDE	
15.	-	-	+	-	Hay presencia de <i>Astrovirus</i> . Infección vírica causada por <i>Astrovirus</i> .
	VERDE	VERDE	VERDE-ROJO	VERDE	
16.	-	-	-	+	Hay presencia de <i>Norovirus</i> . Infección vírica causada por <i>Norovirus</i> .
	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE-ROJO	
17.	Cualquier otro resultado			Resultado Inválido: tanto en A, B, C o D, se recomienda repetir la prueba con la misma muestra y otro test.	

La aparición de cualquiera de los resultados del 2 al 16 de esta tabla, debe ser evaluada con otra prueba confirmatoria.

Cualquiera de los resultados entre el 2 y el 6 no son muy comunes. Las infecciones dobles simultáneas son más frecuentes que las triples o cuádruples víricas.

INVÁLIDO: Cuando alguna línea de control (VERDE) no aparece, independientemente de que aparezcan o no las líneas de test (ROJA). Las causas más comunes por las que puede aparecer un resultado inválido son: un volumen insuficiente de muestra, una forma de proceder incorrecta o un deterioro de los reactivos. Si ocurriera esto, debe revisarse el procedimiento y repetir la prueba con un nuevo test. Si los síntomas o la situación persisten, debe dejar de utilizar la prueba y contactar con su distribuidor.





CERTEST Rota+Adeno+Astro+Noro

One Step test to detect Rotavirus, Adenovirus, Astrovirus and Norovirus combo card format/
Prueba combo de un solo paso para detección de Rotavirus, Adenovirus, Astrovirus y Norovirus en formato cassette

OBSERVACIONES

La intensidad de las líneas de color rojo en las líneas de test (T) en las ventanas de resultados variará dependiendo de la concentración de antígenos presentes en la muestra. Sin embargo, esta prueba es cualitativa, por lo que, ni la cantidad ni la tasa de aumento de antígenos pueden ser determinados por la misma.

CONTROL DE CALIDAD

Los controles internos de funcionamiento vienen incluidos en la prueba. Las líneas verdes que aparecen en las líneas de control (C) en las ventanas de resultados son los controles internos del proceso, comprobando que el volumen de muestra es suficiente y que el procedimiento seguido ha sido el adecuado.

LIMITACIONES

- 1.Una vez abierto, el test no debe usarse después de 2 horas.
- 2.Un exceso de muestra de heces puede dar resultados erróneos, dando líneas no muy definidas de color pardo, que no tienen ningún valor diagnóstico. Diluir la muestra con el diluyente y repetir el test.
- 3.La intensidad de la línea de test puede variar desde muy fuerte a alta concentración de antígenos a débil cuando la concentración de antígenos está cerca del valor del límite de detección del test.
- 4.Después de una semana de infección la presencia de virus eliminados en heces disminuye considerablemente por lo que es probable una menor concentración de muestra. Se debe tomar la muestra de heces dentro de la primera semana de aparición de los síntomas.
- 5.CerTest Rota+Adeno+Astro+Noro debería utilizarse sólo con muestras de heces humanas. El uso de otras muestras no ha sido determinado. La calidad del test depende de la calidad de la muestra; por lo que se debe realizar una adecuada toma de muestras fecales.
- 6.Los resultados positivos determinan la presencia *Rotavirus*, *Adenovirus*, *Astrovirus* y/o *Norovirus* en muestras de heces; sin embargo, un resultado positivo debería ser contrastado con otras técnicas de laboratorio (métodos bioquímicos o por microscopía) para confirmar los resultados. La infección debe confirmarse por un especialista o médico cualificado, tras evaluar las pruebas clínicas y los hallazgos de laboratorio teniendo en cuenta la correlación que puede existir con todas las observaciones clínicas.
- 7.Un resultado negativo no se debe considerar como concluyente, puede darse que la concentración de antígenos en muestras de heces sea inferior a los valores del límite de detección. Si los síntomas o la situación persisten, la determinación de *Rotavirus*, *Adenovirus*, *Astrovirus* y/o *Norovirus* se debería realizar con otra técnica (por ejemplo microscopía y PCR).

VALORES ESPERADOS

La gastroenteritis aguda es un trastorno frecuente en niños pequeños, siendo la deshidratación que lleva asociada la principal causa de ingreso hospitalario en los países industrializados. La diarrea aguda es un problema de salud importante en todo el mundo y también una de las causas principales de mortalidad en los países en vías de desarrollo. Los virus entéricos han sido reconocidos como los agentes etiológicos más importantes de la enfermedad, y estas cuatro categorías de virus están siendo considerados como los más relevantes clínicamente: el grupo A de *Rotavirus* (familia *Reoviridae*), *Norovirus* (familia *Caliciviridae*), *Adenovirus* y *Astrovirus*. En varios estudios, se ha demostrado la existencia de co-infecciones en el 46% de los niños con diarrea acuosa aguda.

En los últimos años, se ha incrementado la preocupación por la salud pública mundial motivada por *Norovirus* ya que presentaba una significativa morbilidad y mortalidad ocasional, que con frecuencia se presentaba en colegios, hospitales, cruceros y otras instituciones semi-cerradas. El patógeno es altamente contagioso con una dosis infecciosa baja y se propaga por la ingestión de alimentos contaminados y / o agua o la inhalación de partículas de agente por el contacto con los pacientes. Se ha deducido que aproximadamente el 90% de los brotes de gastroenteritis no bacteriana aguda en los Estados Unidos fueron causados por *Norovirus* y 23 millones de casos se vieron afectados anualmente. Además del coste humano, las infecciones por *Norovirus* causan pérdidas económicas que se acercan o superan los 650.000\$ en suministros y bajas laborales. Aunque los estudios anteriores mostraron que la enfermedad era leve y autolimitada, estudios recientes han demostrado su capacidad para causar complicaciones más graves de lo previsto.





CERTEST Rota+Adeno+Astro+Noro

One Step test to detect Rotavirus, Adenovirus, Astrovirus and Norovirus combo card format/
Prueba combo de un solo paso para detección de Rotavirus, Adenovirus, Astrovirus y Norovirus en formato cassette

CARACTERÍSTICAS DEL TEST

Sensibilidad y especificidad clínica

Se llevó a cabo una evaluación, con muestras de heces, con un test inmunocromatográfico (CerTest Rota+Adeno+Astro+Noro, CerTest) y estos resultados fueron comparados con los resultados obtenidos por tests comercializados (Ridascreen®Rotavirus ELISA Test, r-Biopharm) para *Rotavirus*, (Simple Norovirus, Operon) para *Norovirus*, otro ensayo ELISA (Ridascreen®Astrovirus Test) para *Astrovirus*, y los resultados con *Adenovirus* fueron confirmados por PCR. Los resultados se muestran a continuación:

Ridascreen®Rotavirus ELISA Test				
IC Test: CerTest Rota+Adeno+Astro+Noro (<i>Rotavirus</i>)	+	-		Total
+	18	1		19
-	0	43		43
Total	18	44		62

	Sensibilidad	Especificidad	VPP	VPN
CerTest Rota+Adeno+Astro+Noro (<i>Rotavirus</i>) vs Ridascreen®Rotavirus ELISA Test	>99%	98%	>94%	>99%

PCR				
IC Test: CerTest Rota+Adeno+Astro+Noro (<i>Adenovirus</i>)	+	-		Total
+	7	0		7
-	0	52		52
Total	7	52		59

	Sensibilidad	Especificidad	VPP	VPN
CerTest Rota+Adeno+Astro+Noro (<i>Adenovirus</i>) vs PCR	>99%	>99%	>99%	>99%

Ridascreen®Astrovirus Test				
IC test: CerTest Rota+Adeno+Astro+Noro (<i>Astrovirus</i>)	+	-		Total
+	16	0		16
-	1	11		12
Total	17	11		28

	Sensibilidad	Especificidad	VPP	VPN
CerTest Rota+Adeno+Astro+Noro (<i>Astrovirus</i>) vs Ridascreen®Astrovirus Test	>94%	>99%	>99%	>92%



CERTEST Rota+Adeno+Astro+Noro

One Step test to detect Rotavirus, Adenovirus, Astrovirus and Norovirus combo card format/
Prueba combo de un solo paso para detección de Rotavirus, Adenovirus, Astrovirus y Norovirus en formato cassette

		IC test: Simple Norovirus		
		+	-	Total
IC test: CerTest Rota+Adeno+Astro+Noro (Norovirus GI)	+	2	0	2
	-	0	48	48
	Total	2	48	50

	Sensibilidad	Especificidad	VPP	VPN
CerTest Rota+Adeno+Astro+Noro (Norovirus GI) vs Simple Norovirus	>99%	>99%	>99%	>99%

		IC test: Simple Norovirus		
		+	-	Total
IC test: CerTest Rota+Adeno+Astro+Noro (Norovirus GII) vs Simple Norovirus	+	10	0	10
	-	0	48	48
	Total	10	48	58

	Sensibilidad	Especificidad	VPP	VPN
CerTest Rota+Adeno+Astro+Noro (Norovirus GII) vs Simple Norovirus	>99%	>99%	>99%	>99%

Los resultados mostraron que CerTest Rota+Adeno+Astro+Noro presenta una alta sensibilidad y especificidad para detectar *Rotavirus*, *Adenovirus*, *Astrovirus* y *Norovirus* (GI y GII).

Reacciones cruzadas

Se realizó una evaluación para determinar posibles reacciones cruzadas de CerTest Rota+Adeno+Astro+Noro; no se detectó reacción cruzada con patógenos gastrointestinales ocasionalmente presentes en las heces:

Adenovirus (Strip A, C and D)	<i>Escherichia coli</i> O157:H7	<i>Salmonella paratyphi</i>
Astrovirus (Strip A, B and D)	<i>Giardia lamblia</i>	<i>Salmonella typhimurium</i>
<i>Campylobacter coli</i>	<i>Hepatitis A</i>	<i>Salmonella typhi</i>
<i>Campylobacter jejuni</i>	<i>Helicobacter pylori</i>	<i>Shigella boydii</i>
<i>Clostridium difficile</i>	<i>Listeria monocytogenes</i>	<i>Shigella dysenteriae</i>
<i>Cryptosporidium parvum</i>	<i>Norovirus</i> (Strip A, B and C)	<i>Shigella flexneri</i>
<i>Enterovirus</i>	<i>Rotavirus</i> (Strip B, C and D)	<i>Shigella sonnei</i>
<i>Entamoeba histolytica</i>	RSV	<i>Staphylococcus aureus</i>
<i>Escherichia coli</i> O111	<i>Salmonella enteritidis</i>	<i>Yersinia enterocolitica</i>





CERTEST Rota + Adeno + Astro + Noro

One Step test to detect Rotavirus, Adenovirus, Astrovirus and Norovirus combo card format/
Prueba combo de un solo paso para detección de Rotavirus, Adenovirus, Astrovirus y Norovirus en formato cassette

REFERENCES/BIBLIOGRAFÍA


1. CUKOR G., and BLACKLOW N. R., "Human Viral Gastroenteritis", Microbiological Reviews, Vol. 48 No 2, June 1984, pp. 157-179.
2. ESTES, M. K. and COHEN, J.; "Rotavirus Gene Structure and Function", Microbiological Reviews, Vol. 53 No 4, Dec. 1989, pp. 410-449.
3. PAI C. H., SHAHRABADI M. S., and INCE B., "Rapid Diagnosis of *Rotavirus* Gastroenteritis by a Commercial Latex Agglutination Test", Journal of Clinical Microbiology, Vol. 22 No 5, Nov. 1985, pp. 846-850.
4. CUKOR, G., PERRON, D.M., and BLACKLOW, N. R.: "Detection of *Rotavirus* in Human Stools by Using Monoclonal Antibody", Journal of Clinical Microbiology, Vol. 19, 888-892.
5. NEEL K. KRISHNA, B.A, "Identification of Structural Domains Involved in Astrovirus Capsid Biology", Viral Immunol. 2005 ; 18(1): 17–26.
6. BON, F. et al. "Prevalence of group A *Rotavirus*, human calicivirus, Astrovirus type 40 and 41 infections among children with acute gastroenteritis in Dijon, France." J. Clin. Microbiol. 37 No 9 3055-3058 (1999).
7. LI-JUAN LIU, et al. "Identification of Norovirus as the Top Enteric Viruses Detected in Adult Cases with Acute Gastroenteritis". Am. J. Trop. Med. Hyg, 82(4), 2010, p. 717-722.
8. GIUSEPPINA LA ROSA, et al. "Recreational and drinking water as a source of norovirus gastroenteritis outbreaks: a review and update". Environmental biotechnology 4 (1) 2008, p. 15-24.
9. THOMAS R. FRIEDEN, et al. "Emergence of new norovirus strain GII.4 Sydney-United States, 2012". MMWR Morbidity and Mortality Weekly Rep. 2013 Jan 25;62 (3):55.

SYMBOLS FOR IVD COMPONENTS AND REAGENTS/SÍMBOLOS PARA REACTIVOS Y PRODUCTOS PARA DIAGNÓSTICO IN VITRO

IVD	<i>In vitro</i> diagnostic device Producto para diagnóstico <i>in vitro</i>	Keep dry Almacenar en lugar seco	Use by Fecha de caducidad	Manufacturer Fabricante	LOT Batch code Número de lote
Consult instructions for use Consultar las instrucciones de uso	Temperature limitation Limitación de temperatura	Contains sufficient for <n> test Contiene <n> test	DIL	Sample diluent Diluyente de muestra	REF Catalogue number Número de referencia



For Information Only
Not For Commercial Purposes



CerTest
BIOTEC S.L.

Pol. Industrial Río Gállego II, Calle J, Nº 1,
50840, San Mateo de Gállego, Zaragoza (SPAIN)
www.certest.es

